NITRAS MEDICAL

// ENSURE**SAFETY**

8311 // BLUE WAVE

Nitril-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I

Sehr gutes Tastempfinden
Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Besonders robust und widerstandsfähig

NI | AQL 1,5 | POWDER FREE | TESTED ACCORDING TO EN 455

VERSION 1.3.24 | 260927

8311 // BLUE WAVE

Material:	Nitril, blau
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-2XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421

NITRAS BLUE WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau (Farbcode: 2200), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 100 Stück

ISO 374-1/Type B JKT | ISO 374-5:2016 VIRUS | EN ISO 21420 | EN 421:2010

NI | AQL 1,5 | POWDER FREE | TESTED ACCORDING TO EN 455

Branchen

- Beauty Edition
- Care Edition
- Cleaning Edition
- Dental Edition
- Food Edition
- Medical Edition

Vorteile

+ Sehr gutes Tastempfinden
+ Sehr guter Trocken- und Ölgriff
+ Besonders robust und widerstandsfähig

Weitere Bilder

Farbvarianten

8311 // BLUE WAVE
Farbcode: 2200

8304 // GLAMOUR WAVE
Farbcode: 6300

8310 // WHITE WAVE
Farbcode: 1100

8320 // BLACK WAVE
Farbcode: 1000

8321 // PINK WAVE
Farbcode: 6300

8322 // PURPLE WAVE
Farbcode: 6200

8323 // GREEN WAVE
Farbcode: 3000

8324 // INDIGO WAVE
Farbcode: 2400

8325 // MINT WAVE
Farbcode: 3200

8326 // RED WAVE
Farbcode: 6000

8327 // CANDY WAVE
Farbcode: 6400

8328 // VIOLET WAVE
Farbcode: 6200

Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
JKT	J - n-Heptan	1-6	2 (> 30)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	4 (> 120)

EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	Bestanden

EN 421:2010	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	blau
Zeigefinger und Daumen	Nitril	blau
Handrücken	Nitril	blau
Fingerspitzen	Nitril	blau
Stulpe / Strickbund	Nitril	blau

Materialstärke (ca.)	
Finger	0,10 mm
Innenhand	0,08 mm
Stulpe	0,07 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
S	240	85
M	240	95
L	240	105
XL	240	115
2XL	240	125

Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	600%	500%
Reißfestigkeit	18 MPa	20 MPa

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
S	4059904035492	4059904003903	0,34 m	0,24 m	0,24 m	3,95 kg	80
M	4059904035508	4059904003910	0,34 m	0,24 m	0,24 m	4,37 kg	80
L	4059904035515	4059904003927	0,34 m	0,24 m	0,24 m	4,68 kg	80
XL	4059904035522	4059904003934	0,34 m	0,24 m	0,24 m	4,82 kg	80
2XL	4059904165212	4059904165229	0,34 m	0,24 m	0,24 m	5,1 kg	80

Zolltarifnummer: 40151200000
Ursprungsland: Malaysia

MCD Medical Care Dental GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 7 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 401 111 info@nitras-medical.com www.nitras-medical.com
NITRAS MEDICAL nitras_medical NITRAS MEDICAL NITRAS MEDICAL

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.